



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

**PEDIDO NO. PDAQ211005-0335**

Saltillo Coah. Martes 05 de Octubre del 2021

ID 518

PROVEEDOR		FACTURAR A		EFFECTUAR ENTREGA EN:	SOLICITADO POR	ORIGEN DEL RECURSO		OBJETO DE LA COMPRA		
ID 1070 - SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V., R.F.C: SUM890327137, Teléfono 5255 56878720, Dirección: Calle Diagonal No. 29 Del Valle, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03100		Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, Calle Victoria No. 312; Zona Centro; C.P. 25000, Saltillo, Coah. Nota: Favor de mandar la factura y el xml al siguiente correo: sfp.comprobacion@saludcoahuila.gob.mx		Almacen Estatal, Carr. Antigua a Arteaga No. 3660, Col. San Angel, C.P. 25298, Tel. (844) 439-3258, Saltillo, Coahuila. Horario de 8:00 a 13:30	Martha Alicia Romero Reyna, Subdirector. Mediante FOLIO NO. AQ210721-0574 ID 792	Recurso: Ramo 12 - Fuente de financiamiento: AFFASPE - Programa: Salud Materna		Partida: - 53101 - Equipo médico y de laboratorio		
COMPRA	FECHA DE EMBARQUE	CONDICIONES DE PAGO	FACTURAR A ESTE REGISTRO	Proveedor favor de citar este número en toda su correspondencia, documentos y empaques	Compranet	No. Licitación	Inv. a cuando menos	Compra Directa		
Federal	15 Días naturales a partir de la notificación.	20 días naturales.	R.F.C. SSC-961129-CH3	PDAQ211005-0335			3	SSCZ-DA-AD-155-20 21		
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION			PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL
1	S/C	Cardiotocógrafo. Equipo para observar la actividad cardiaca fetal. Equipo para la detección de frecuencia cardiaca fetal por efecto Doppler y actividad uterina por método no invasivo. Un transductor multicristal para frecuencia cardiaca fetal. Un transductor para la actividad uterina.Registrador térmico con dos canales uno para toco y otro para cardio.Despliegue numérico en pantalla de: latidos/minuto fetal con rango de 30 a 240 o mayor; en pantalla y papel de la actividad uterina con registro de: detección de movimiento fetal en forma manual y automática: fecha y hora.Con capacidad para incorporar estimulador acústico de la misma marca o diferente al equipo propuesto.Con capacidad de incrementar su nivel tecnológico. Con interfase para monitores y otros sistemas de Información. Descripción complementaria: COA Cardiotocografo para prevención de morbimortalidad fetal y neonatal en la atención proyecto prioritario ubicado en el hospital general de saltillo.			equipo		4		\$25,862.07	\$103,448.28
MONITOR FETAL DE FACIL TRANSPORTACION QUE BRINDE DATOS SOBRE PRIODO DE CONTRACCIONES UTERINAS MOVIMIENTO FETAL RITMO CARDIACO DEL FETO QUE INCLUYA IMPRESORA TERMICA DE ALTA VELOCIDAD QUE SE ACTIVA CON UN SOLO BOTON TOCODINAMOMETRO BATERIA INTERNA RECARGABLE DISEÑO: DISEÑO COMPACTO FACIL TRANSPORTACION AMPLIA PATALLA LED DE 7 PULGADAS 3 CONFIGURACIONES DIFERENTES SONDAS SELECCIONABLES LAMPARA DE ALARMA VISIBLE EN 360 GRADOS Descripción adicional: COA Cardiotocografo, para prevención de morbimortalidad fetal y neonatal en la atención proyecto prioritario ubicado en el hospital general de saltillo										
									Subtotal:	\$ 103,448.28
									I.V.A.:	\$ 16,551.72
									Total:	\$ 120,000.00






SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

**PEDIDO NO. PDAQ211005-0335**

Saltillo Coah. Martes 05 de Octubre del 2021

ID 518

Jefe del Departamento de Adquisiciones	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Directora Administrativa
		
Braulio Julián García Méndez	Gerardo Gustavo Rodríguez Carmona	Branda Mariza Guebara Contreras

  
Secretaría de Salud  
Dirección de  
Administración