



PEDIDO NO. PDAQ211018-0377

ID 560

Página 1/4



ID 560

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDAQ211018-0377

Saltillo Coah. Lunes 18 de Octubre del 2021

El Neopuff es un reanimador con pieza en forma de T para administrar presiones controladas, constantes y precisas.

Puede proporcionar respiraciones respiratorias asistidas a neonatos y lactantes (hasta 10 kg) en la sala de partos o en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN).

Especificaciones:

- Rango del manómetro: de -10 a 80 cmH₂O
- Precisión del manómetro: +/-2,0% de deflexión a plena escala
- Concentración de oxígeno suministrada: hasta un 100%
- Liberación de presión máxima: a 8 L/min, de 5 a 70 cmH₂O
- Caudal de entrada de gas de 5 L/min a 15 L/min
- Presión inspiratoria pico (PIP): a 5 L/min, de 2 a 70 cmH₂O
- a 8 L/min, de 3 a 72 cmH₂O
- a 10 L/min, de 4 a 73 cmH₂O
- a 15 L/min, de 8 a 75 cmH₂O
- Tiempo de funcionamiento (cilindro de 400L): a 8 L/min, 50 minutos
- Presión espiratoria final positiva (PEEP): a 5 L/min, de 1 a 5 cmH₂O
- a 8 L/min, de 1 a 9 cmH₂O
- a 10 L/min, de 2 a 15 cmH₂O
- a 15 L/min, de 4 a 25 cmH₂O
- Peso corporal del paciente recomendado: hasta 10 kg

Que incluya: línea de suministro de gas, adaptador de entrada de gas, pulmón de prueba, tapa de liberación de presión máxima de recambio, guía de usuario, instrucciones de funcionamiento y manual técnico del producto Ventilador no invasivo neonatal. Equipo usado para asistir / controlar la ventilación alveolar del paciente no intubado, a través de un generador de flujo y una interfaz (mascarilla o punta nasal). Se usa para el cuidado de pacientes neonatales: que requieren soporte ventilatorio, que tienen problemas de insuficiencia respiratoria, o con problemas de habituación al ventilador mecánico convencional; entre otras condiciones. El equipo requiere de una fuente de alimentación eléctrica y de un suministro de aire y oxígeno. Pantalla interconstruida: Tipo LCD, LCD-TFT o TFT o LED. A color. Pantalla táctil o touch screen. Tamaño mínimo de: 5" en diagonal o mayor; o un ancho y alto de 4x3" como mínimo. Características generales: Mezclador de aire-oxígeno interno. Humidificador servocontrolado para uso con calentador de rama inspiratoria; con sensor de temperatura sencillo o dual y soporte al ventilador. Teclado sensible al tacto o de membrana; o perilla selectora, física o en pantalla táctil, para el ajuste de los valores de todos los parámetros de control. Con sistema de prueba de fugas y sistema para mantener presión positiva en la vía aérea CPAP o nCPAP. Con generador de flujo en el circuito de paciente. Con un peso no mayor a 10 kg. Todo el sistema en idioma español, acrónimos o símbolos internacionales. Control de parámetros de: Tiempo Inspiratorio que cubra el rango de 0.1 a 3 segundos. Frecuencia respiratoria que cubra el rango de 2 a 60 respiraciones por minuto. FIO₂ que cubra el rango de 21 a 100 %. Respiración manual. Presión o flujo para generar presión alta. Presión o flujo para generar nCPAP. Modos ventilatorios: nCPAP, BiPhasic o DuoPAP. nCPAP con respaldo de apnea. Parámetros monitorizados: nCPAP o CPAP (cmH₂O o mbar).

Presión media en las vías aéreas (cmH₂O o mbar). Presión alta en las vías aéreas (cmH₂O o mbar). Frecuencia respiratoria (rpm). FIO₂. Indicador de batería de respaldo en uso. PEEP (cmH₂O o mbar). Alarmas: Audibles y visuales, ambas priorizadas en tres niveles. Presión alta. Presión baja. CPAP bajo o desconexión del paciente. Baja presión del suministro de gases. Falla de alimentación eléctrica. Batería baja Ventilador inoperante, falla técnica o falla de ciclo. FIO₂ alta y baja. Apnea. Silencio de alarma.

Accesorios Incluidos: Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos dos ruedas. Mangueras para suministro de gas de acuerdo al código americano de colores: O₂ - verde, aire - amarillo. Y conexiones de acuerdo a cada unidad solicitante al momento de licitar. Batería de respaldo interna, con 2 horas de respaldo como mínimo.

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDAQ211018-0377

Diez circuitos de paciente neonatal, con generador de flujo, desechables libres de latex, desechables libres de latex para ventilación no invasiva y uso neonatal. Tamaño de acuerdo a los requerimientos de cada unidad. Diez mascarillas desechables libres de latex para ventilación no invasiva y uso neonatal. Diez bonetes o ameses. Tamaño de acuerdo a los requerimientos de la unidad. Dos cámaras de humidificación reusables o diez cámaras desechables neonatales, en caso de que la tecnología así lo requiera. Descripción adicional: COA CPAP Neopuff Reanimador Neonatal / Ventilador no invasivo tipo CPAP Neonatal ubicado en el hospital general saltillo en donde se llevará acabo el proyecto prioritario. Favor de facturar conforme a la descripción de Sliafape y agregar lo siguiente- FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS- METODO DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

Saltillo Coah. Lunes 18 de Octubre del 2021

ID 560



PEDIDO NO. PDAQ211018-0377

Salttillo Coah. Lunes 18 de Octubre del 2021

ID 560

[illegible]

Jefe del Departamento de Adquisiciones	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Directora Administrativa
Braunice Julián García Méndez	Gerardo Gustavo Rodríguez Carmoña	Brenda Marilza Guerra Contreras


