



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDAQ211029-0421

Saltillo Coah. Viernes 29 de Octubre del 2021

ID 612

PROVEEDOR		FACTURAR A		EFFECTUAR ENTREGA EN:	SOLICITADO POR	ORIGEN DEL RECURSO		OBJETO DE LA COMPRA		
ID 1581 - SCIENTY MED S.A. DE C.V., R.F.C: SME080602M1A, Teléfono 5552565888, Dirección: Calle OMETUSCO No. 7 CONDESA, DEL CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06140		Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, Calle Victoria No. 312; Zona Centro; C.P. 25000, Saltillo, Coah. Nota: Favor de mandar la factura y el xml al siguiente correo: sfp.comprobacion@saludcoahuila.gob.mx		Almacen Estatal, Carr. Antigua a Arteaga No. 3660, Col. San Angel, C.P. 25298, Tel. (844) 439-3258. Saltillo, Coahuila. Horario de 8:00 a 13:30	Martha Alicia Romero Reyna, Subdirector. Mediante FOLIO NO. AQ210729-0588 ID 813	Recurso: Ramo 12 - Fuente de financiamiento: AFFASPE - Programa: Cáncer		Partida: - 52901 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		
COMPRA	FECHA DE EMBARQUE	CONDICIONES DE PAGO	FACTURAR A ESTE REGISTRO	Proveedor favor de citar este número en toda su correspondencia, documentos y empaques	Compranet	No. Licitación	Inv. a cuando menos	Compra Directa		
Federal	40 Días naturales a partir de la notificación.	20 días naturales.	R.F.C. SSC-961129-CH3	PDAQ211029-0421			3	SSCZ-DA-AD-201-2021		
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION			PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL
1	S/C	KIT DE CONTROL DE CALIDAD. Maniquí calidad imagen para masto digital (ACR DM) -Maniquí de polimetilmetacrilato (PMMA) -Báscula digital. Maniquí para evaluar calidad de imagen en mamografía digital. Que simule una mama comprimida de 4.2 cm de espesor. Que contenga tres grupos de objetos que simulen estructuras de interés diagnóstico de diferentes tamaños, como son ductos (seis fibras de nailon), cúmulos de microcalcificaciones (seis grupos) y masas tumorales (seis) . Que permita la evaluación de: calidad de imagen, uniformidad, artefactos y Relación Contraste a Ruido (RCR).			kit		2		\$44,717.33	\$89,434.66



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDAQ211029-0421

Saltillo Coah. Viernes 29 de Octubre del 2021

ID 612

INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA FUERZA DE COMPRESIÓN EN LOS SISTEMAS DE MASTOGRAFÍA.

Báscula digital especializada que permita medir la fuerza de compresión en los sistemas de mastografía.

Rango de medición: rango: 0-34.0 kg (0-75 lb), exactitud ± 0.01 kg. Las unidades de la báscula deberán ser kilogramos (kg). Adicionalmente la báscula podrá manejar otras unidades de masa tales como libras lb.

La báscula deberá ser entregada con constancia de conformidad emitido por el fabricante del instrumento.

MANIQUÍ DE POLIMETILMETACRILATO (PMMA) PARA EVALUACIÓN DEL CONTROL AUTOMÁTICO DE EXPOSICIÓN.

7 placas de polimetilmetacrilato (PMMA) o acrílico rectificadas con las siguientes dimensiones:

3 piezas de 14.0 cm x 14.0 cm x 1.90 cm ? 2.0 mm

2 piezas de 14.0 cm x 14.0 cm x 0.95 cm ? 1.5 mm

2 piezas de 14.0 cm x 14.0 cm x 0.48 cm ? 1.0 mm

EL PROVEEDOR deberá prestar apoyo técnico y de servicio para asesoría o por falla o defecto de los maniqués y de los instrumentos.

CONDICIONES DE ENTREGA

Cada maniqué e instrumento deberá ser entregado con la siguiente documentación:

Guía rápida de uso.

Manual de usuario e instructivo, en idioma español.

Póliza de garantía (firmando carta de conformidad), válida con proveedores, distribuidores o representantes de los mismos en la República Mexicana. La garantía de los maniqués e instrumentos deberá ser de 5 años (60 meses).

El instrumento para evaluar la fuerza de compresión deberá ser entregados con certificado de conformidad, emitido por el fabricante del equipo. En cada lugar de entrega, EL PROVEEDOR deberá entregar lo siguiente:

Remisión de los bienes que entregue, en la que deberá incluir:

Fecha de entrega-recepción.

Descripción y cantidad del bien.

Domicilio del lugar en el que se entrega.

Espacio para sello del almacén estatal.

Espacio para nombre y la firma autógrafa del responsable del almacén estatal. Espacio para nombre y la firma autógrafa del responsable estatal del Programa de Cáncer de la Mujer. Los responsables de la recepción del insumo verificarán que las cantidades correspondan a lo señalado, y que el insumo (bien de consumo) cuente con las características establecidas, de no cumplir éste no será recibido.

SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO

EL PROVEEDOR se obliga a proporcionar un número telefónico y correo electrónico de contacto para solicitud de apoyo técnico, asesoría y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de todos los maniqués e instrumentos considerados en este documento.

?EL PROVEEDOR, se comprometerá a dar atención inmediata cuando se le requiera por algún mal funcionamiento, defecto o vicios ocultos tanto de los maniqués, así como de los instrumentos a aplicar la Póliza de garantía y canjeará, en caso de ser necesario, sin costo alguno el maniqué o instrumento en que se haya percatado el vicio oculto o problema de funcionamiento. Deberá reponer el maniqué o instrumento en un plazo que no exceda a los cuarenta días naturales, a partir de la fecha de notificación.

*MANIQUI DE CALIDAD DE IMAGEN PARA MASTOGRAFIA DIGITAL (ACR DM).

*MANIQUI DE POLIMETILMETACRILATO (PMMA) PARA EVALUACION DEL CONTROL AUTOMATICO DE EXPOSICION.

*INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA FUERZA DE COMPRESION EN LOS SISTEMAS DE MASTOGRAFIA.





SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDAQ211029-0421

Saltillo Coah. Viernes 29 de Octubre del 2021

ID 612

								Subtotal:	\$ 89,434.66
								I.V.A.:	\$ 14,309.55
								Total:	\$ 103,744.21

Jefe del Departamento de Adquisiciones	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Directora Administrativa
		
Braunico Julián García Méndez	Gerardo Gustavo Rodríguez Camona	Brenda Maritza Guevara

