



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDAQ211103-0427

Saltillo Coah. Miércoles 03 de Noviembre del 2021

ID 618

PROVEEDOR		FACTURAR A		EFECTUAR ENTREGA EN:		SOLICITADO POR		ORIGEN DEL RECURSO		OBJETO DE LA COMPRA	
ID 1509 - JONATHAN JAVIER BONILLA FERNÁNDEZ, R.F.C: BOFJ8905172R0, Teléfono 8713913005, Dirección: Calle BRUSELAS No. 657 SAN ISIDRO, TORREÓN, COAHUILA, C.P. 27100		Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, Calle Victoria No. 312; Zona Centro; C.P. 25000, Saltillo, Coah. Nota: Favor de mandar la factura y el xml al siguiente correo: sfp.comprobacion@saludcoahuila.gob.mx		Almacén Estatal, Carr. Antigua a Arteaga No. 3660, Col. San Ángel, C.P. 25298, Tel. (844) 439-3258. Saltillo, Coahuila. Horario de 8:00 a 13:30		Martha Alicia Romero Reyna, Subdirector. Mediante FOLIO NO. AQ210721-0573 ID 791		Recurso: Ramo 12 - Fuente de financiamiento: AFFASPE - Programa: Salud Materna		Partida: - 53101 - Equipo médico y de laboratorio	
COMPRA	FECHA DE EMBARQUE	FACTURAR A ESTE REGISTRO	Proveedor favor de citar este número en toda su correspondencia, documentos y empaques	Compranet	No. Licitación	Inv. a cuando menos 3	Compra Directa				
Federal	15 Días naturales a partir de la notificación.	R.F.C. SSC-961129-CH3	PDAQ211103-0427				SSCZ-DA-AD-205-2021				
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION			PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL	
1	S/C	Monitor que incluya: Oxímetro de pulso, termómetro, baumanómetro, monitoreo cardíaco para chequeo de signos vitales en la atención proyecto prioritario ubicado en el hospital general de saltillo.			EQUIPO	MINDRAY	3		\$43,103.44	\$129,310.32	
<p>Monitor de signos vitales. Equipo invasivo y no invasivo que registra en pantalla las constantes vitales del paciente, con fines diagnósticos y terapéuticos. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: monitor configurado o modular con pantalla.</p> <p>Con capacidad para conectarse a red de monitoreo. Pantalla para presentación de curvas fisiológicas simultáneas e información numérica para los siguientes parámetros: Electrocardiograma en derivaciones seleccionables por el usuario. Presentación de un canal de ECG mínimo en pantalla.</p> <p>Oximetría de pulso. Frecuencia respiratoria con despliegue de su curva. Despliegue numérico de: frecuencia cardíaca, presión arterial no invasiva, sistólica y diastólica. Modos para la toma de presión: Manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. Temperatura en al menos un canal.</p> <p>Frecuencia de pulso. Opción de monitoreo de capnografía a futuro. Canales de presión invasiva, cada uno debe medir y mostrar simultáneamente en pantalla: presión sistólica, diastólica y media. Debe contar con función de etiquetado para cada canal de presión invasiva: presión arterial, presión venosa central, arteria pulmonar, como mínimo. Con ajuste automático de escala y alarmas. Tendencias gráficas y numéricas de todos los parámetros, seleccionables por el usuario. Uso para adulto y pediátrico. Con batería interna recargable, con cargador integrado e indicador de bajo nivel en pantalla.</p> <p>Alarmas audibles y visibles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los siguientes parámetros: saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, presión arterial no invasiva, sistólica y diastólica, temperatura, frecuencia respiratoria y alarma de apnea, presión invasiva sistólica, diastólica y media. Que identifique niveles de prioridad en las alteraciones fisiológicas. Con silenciador de alarmas. Todas las funciones deben ser accedidas mediante teclas de membrana, sensibles al tacto o perilla selectora en el gabinete del monitor. Teclado, menús y mensajes en pantalla en español. Registrador. Diseño que permita ser usado como monitor de transporte y monitor de cabecera. Descripción adicional: COA Monitor que incluya: Oxímetro de pulso, termómetro, baumanómetro, monitoreo cardíaco para chequeo de signos vitales en la atención proyecto prioritario ubicado en el hospital general de saltillo. FAVOR DE QUE EL PROVEEDOR ASIGNADO AGENDE UNA CITA CON EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA PARA MOSTRAR EL EQUIPO Y SEA VALIDADO POR EL MISMO RESPONSABLE DEL PROGRAMA FAVOR DE FACTURARA DE LA SIGUIENTE MANERA: Monitor que incluya: Oxímetro de pulso, termómetro, baumanómetro, monitoreo cardíaco para chequeo de signos vitales en la atención proyecto prioritario ubicado en el hospital general de saltillo. CANTIDAD: 3 FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS METODO DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</p>											
									Subtotal:	\$ 129,310.32	
									I.V.A.:	\$ 20,689.65	






SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA


PEDIDO NO. PDAQ211103-0427

Saltillo Coah. Miercoles 03 de Noviembre del 2021

ID 618

								Total:	\$ 149,999.97
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---------------

Jefe del Departamento de Adquisiciones	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Directora Administrativa
		
Braúnice Julián García Méndez	Gerardo Gustavo Rodríguez Carmona	Brenda Maritza Guevara Contreras


 Secretarí
 Dirección de
 Administración